

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(京技管) 安监现记〔2021〕 执00548 号

被检查单位: 华测检测认证集团北京有限公司(911103026621818401)

地址: 北京市北京经济技术开发区博兴街道办事处科创十四街汇龙森科技园99号21#

法定代表人(负责人): 职务: 联系电话:

检查场所: 会议室、危化品储存室、气瓶间

检查时间: 2021 年 09 月 02 日 15 时 05 分至 09 月 02 日 16 时 05 分

我们是 北京经济技术开发区 安全生产监督管理局 行政执法人员 赵贵根、林晓伟, 证件号码为 110231011、110231021, 这是我们的证件(出示证件)。

现依法对你单位进行现场检查, 请予以配合。

检查情况: 根据《现场检查方案》(京技管)安监检查〔2021〕执00570号内容要求, 对该单位进行执法检查, 当日检查情况如下:

1. 未见2021年应急预案演练记录, 应急演练计划频次不足
2. 危化品专用储存室安装的视频监控设备部分不防爆
3. 气瓶间未安装气体泄露报警器, 部分电气设备不防爆, 存放杂物
4. 存放氢气、乙炔气瓶间未安装静电消除器, 空实瓶标志标识不清晰

要求该公司根据检查发现的问题立即整改, 及时提交整改报告, 加大隐患排查力度, 防止事故发生。

(以下空白)

以上经过情况属实

检查人员(签名): 赵贵根 林晓伟

被检查单位现场负责人(签名):

2021 年 09 月 02 日